

ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ศรีตรังโกลฟส์

(Product Specification)

Spec ID	TH-LFMD-21F
ประเภท	ทำจากน้ำยางธรรมชาติ
ชนิด	ไม่ปราศจากเชื้อ
ลักษณะ	- ผิวไม่เรียบบางส่วน(นิ้วมือ) - ไม่มีแป้ง - ม้วนขอบ - ไม่เจือสี

ขนาด	มอก
XS,S,M,L	มอก. 1056-2556

บรรจุภัณฑ์

- กล่องในฟิมพ์สี่เหลี่ยม-ขาว

หัวข้อ	ข้อกำหนดผู้ผลิต	ระดับการตรวจสอบ	ระดับการยอมรับ (AQL)	วิธีการทดสอบ
1. มิติ (มม.) 1.1 ความกว้างฝ่ามือ - ขนาด XS - ขนาด S - ขนาด M - ขนาด L - ขนาด XL 1.2 ความยาวต่ำสุด - ขนาด XS - ขนาด S - ขนาด M - ขนาด L - ขนาด XL	 ≤ 80 80+/-10 95 +/- 10 110 +/- 10 >/=110 220 220 230 230 230	 S-2 S-2 S-2 S-2 S-2 S-2 S-2 S-2 S-2 S-2	 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	ISO 11193-1
2. ความหนา (ชั้นเดียว) - ที่ปลายนิ้วกลาง - ที่กึ่งกลางฝ่ามือ	 ต่ำสุด 0.11 ต่ำสุด 0.08	 S-2 S-2	 4.0 4.0	ISO 23529
3. การรั่วซึม	ไม่รั่วซึม	G-I	2.5	ISO 11193-1
4. คุณลักษณะเกี่ยวกับแรงดึง 4.1 ก่อนบ่มแรง - แรงดึงเมื่อขาด (นิวตัน) - ความยืดเมื่อขาด(ร้อยละ) 4.2 หลังบ่มแรง - แรงดึงเมื่อขาด (นิวตัน) - ความยืดเมื่อขาด(ร้อยละ)	 ต่ำสุด 7.0 ต่ำสุด 650 ต่ำสุด 6.0 ต่ำสุด 500	 S-2 S-2 S-2 S-2	 4.0 4.0 4.0 4.0	ISO 37 ISO 188, ISO 37