

ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของถุงมือสำหรับการตรวจโรค ศรีตรังโกลฟส์

(Product Specification)

Spec ID	TH-NOMD-3F
ประเภท	ทำจากน้ำยางไนไตรล์
ชนิด	ไม่ปราศจากเชื้อ
ลักษณะ	- ผิวไม่เรียบบางส่วน(นิ้วมือ) - ไม่มีแบ่ง - ม้วนขอบ - สีฟ้า

ขนาด	มอก.
XS,S,M,L	มอก. 1056-2548

บรรจุภัณฑ์

- กล่องในฟิมพีซีฟ้า-ขาว

หัวข้อ	ข้อกำหนดผู้ผลิต	ระดับการตรวจสอบ	ระดับการยอมรับ	วิธีการทดสอบ
1. มิติ (มม.)				ISO 11193-1
1.1 ความกว้างฝ่ามือ				
- ขนาด XS	<= 80	S-2	4.0	
- ขนาด S	80 +/- 10	S-2	4.0	
- ขนาด M	95 +/- 10	S-2	4.0	
- ขนาด L	110 +/- 10	S-2	4.0	
1.2 ความยาวต่ำสุด				
- ขนาด XS	220	S-2	4.0	
- ขนาด S	220	S-2	4.0	
- ขนาด M	230	S-2	4.0	
- ขนาด L	230	S-2	4.0	
2. ความหนา (ชั้นเดียว)				ISO 23529
- ที่ปลายนิ้วกลาง	ต่ำสุด 0.11	S-2	4.0	
- ที่กึ่งกลางฝ่ามือ	ต่ำสุด 0.08	S-2	4.0	
3. การรั่วซึม	ไม่รั่วซึม	G-I	2.5	ISO 11193-1
4. คุณลักษณะเกี่ยวกับแรงดึง				ISO 37 ISO 188, ISO 37
4.1 ก่อนบ่มแรง				
- แรงดึงเมื่อขาด (นิวตัน)	ต่ำสุด 7.0	S-2	4.0	
- ความยืดเมื่อขาด(ร้อยละ)	ต่ำสุด 500	S-2	4.0	
4.2 หลังบ่มแรง				
- แรงดึงเมื่อขาด (นิวตัน)	ต่ำสุด 7.0	S-2	4.0	
- ความยืดเมื่อขาด(ร้อยละ)	ต่ำสุด 400	S-2	4.0	